No.11 …… ご使用に当って特に注意して頂きたいことのレポートです

TOP SAFETY REPORT

トップ超音波式ネブライザー TU-N100



1 必ず医師の指示にしたがってください

薬液の種類、容量、用法については、必ず医師の指示にしたがってください。
症状が悪化するおそれがあります。

2 使用前・使用後の主な注意点



Check 1 本体を濡らしたり、濡れた手でさわらないでください

ネブライザー本体及びACアダプター、コードを濡らしたり、濡れた手でさわらないでください。感電するおそれがあります。

Check 2 薬液キャップが2個重なっていませんか

薬液キャップが2個重なっていますと、霧が出ません。

Check 3 使用後は素早く乾燥

使用後は、水を抜いてなるべく早く乾燥させてください。水をつぎたして使用すると、細菌が増殖し感染を起こす可能性があります。
消毒剤で消毒後の部品は、水洗いにて十分に消毒剤を洗い落としてください。消毒剤が残ったまま吸引すると、症状悪化のおそれがあります。

3 使用中の主な注意点

Check 1 本体はまっすぐに立てたまま使用してください

本体はまっすぐに立てたまま手で持ち上げてください。使いながら本体を傾けたり、振ったりしないでください。薬液や水がこぼれる可能性があります。

Check 2 霧の出口には、眼を近づけないでください

眼に傷害を与えるおそれがありますので、霧の出口には眼を近づけないでください。



株式会社トップ 安全管理部
〒120-0035 東京都足立区千住中居町19番10号

使用の際には、必ず詳細を添付文書及び取扱説明書にて確認してください。